

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: **MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083 Budapest, Szigony u. 43.**
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: **1 db. áramlási citofluoriméter (FACS) beszerzése**
3. A választott eljárás fajtája: **nyílt eljárás**
- 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
- 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: **ajánlati felhívás, KÉ-19965/2013., 2013. november 11.**
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**
 - b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
 - c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. 7628 Pécs, Kedves u. 20.

Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.

Nettó ajánlati ár: nettó 62.300.000 Ft,

Másodpercenként detektálható események száma: 35000 events/sec

Névleges fluoreszcens érzékenység:

MESF érték FITC esetén 100

MESF érték PE esetén 25

MESF érték APC esetén 50

Minta áramlási sebesség felső értéke: 120 ul/perc,

Scatter felbontás: 0,2 µm-t

Minimális minta térfogat: 20 µl

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Soft Flow Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár	20	10	200
Másodpercenként detektálható események száma	15	10	150
Névleges fluoreszcens érzékenység	15	10	150
Többféle mintatároló cső és eszköz használatának lehetősége	10	10	100
Automatikus és időre programozható rendszerindítás/ rendszerleállítás	8	10	80
Reflektációs optika megléte	8	10	80
HTS – „normal sampling” üzemmód közötti váltás	5	10	50
Rázatásos keverés a HTS –be beépítve	5	10	50
Kinetikai méréshez, kalcium flux mérésekhez szükséges nyitott rendszer	5	10	50

Minta áramlási sebesség felső értéke	5	10	50
Az optikai csatolás a kvarc küvetta és az ahhoz kapcsolódó optikai lencse között	5	10	50
Scatter felbontás	5	10	50
Minimális minta térfogat	4	10	40
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1100

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: **1-10 pont**

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1. Ajánlati ár:

A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat, az ajánlatok sorba rendezése után, ehhez viszonyítva mindig eggyel kevesebb pontot kap.

2. Másodpercenként detektálható események száma:

minimum 30 000 events/sec = 1 pont

30 001 - 32 000 events/sec = 5 pont

32 001 - 34 000 events/sec = 7 pont

>34 001 = 10 pont

3. Névleges fluoreszcens érzékenység:

MESF érték FITC esetén 100 vagy alacsonyabb = 3 pont

MESF érték FITC esetén 100-nál magasabb = 0.5 pont

MESF érték PE esetén 25 vagy alacsonyabb = 3 pont

MESF érték PE esetén 25-nél magasabb = 0.5 pont

MESF érték APC esetén 50 vagy alacsonyabb = 3 pont

MESF érték APC esetén 50-nél magasabb = 0.5 pont

Mindhárom szempont teljesül: +1 pont (Σ = max 10 pont)

4. Többféle mintatároló cső és eszköz használatának lehetősége:

Centrifuga cső = 2 pont

Eppendorf cső = 2 pont

FACS cső = 2 pont

96-os plate = 2 pont

384-es mikrotiter plate = 2 pont

5. Automatikus és időre programozható rendszerindítás/ rendszerleállítás

Igen = 10 pont

Nem = 1 pont

6. Refleksiós optika megléte

Van ilyen opció = 10 pont

Nincs ilyen opció = 1 pont

7. HTS – „normal sampling” üzemmód közötti váltás:

<3 perc = 10 pont

Nem = 1 pont

8. Rázatasos keverés a HTS –be beépítve:

Igen = 10 pont

Nem = 1 pont

9. Kinetikai méréshez, kalcium flux mérésekhez szükséges nyitott rendszer:

mintavételezés közben minta vagy reagensek adagolhatók, leállítás nélkül. = 10 pont

Nincs ilyen opció = 1 pont

10. Minta áramlási sebesség felső értéke

120ul/perc, vagy nagyobb = 10 pont

120ul/perc alatt = 1 pont

11. Az optikai csatolás a kvarc küvetta és az ahhoz kapcsolódó optikai lencse között

Azonos törésmutatójú anyaggal van biztosítva = 10 pont

Nem azonos törésmutatójú anyaggal van biztosítva = 1 pont

12. Scatter felbontás

Eléri a 0,2 μm -t = 10 pont

Nem éri el a 0,2 μm -t = 1 pont

13. Minimális minta térfogat:

25 μl , vagy kevesebb = 10 pont

35 μl , vagy kevesebb = 7 pont

50 μl , vagy kevesebb = 5 pont

100 μl -nél több = 1 pont

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. 7628 Pécs, Kedves u. 20.

Nettó ajánlati ár: nettó 62.300.000 Ft.

Az egyetlen ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont és az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak való megfelelés alapján az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2014. január 9. - a Kbt. 124. § (8) bekezdés a.) pontja alapján nem alkalmazandó**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2014. január 18. - a Kbt. 124. § (8) bekezdés a.) pontja alapján nem alkalmazandó**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2014. január 8.**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2014. január 8.**

18.* Az összegezés módosításának indoka:

19.* Az összegezés módosításának időpontja:

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21.* Az összegezés javításának indoka:

22.* Az összegezés javításának időpontja:

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.